

OGŁOSZENIE – odpowiedzi

WOMPCPL DE III 26 / 6/2020r.

Lublin dn.14.07.2020r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego – dostawa zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi wraz z dzierżawą czytnika do OB. na okres 24 miesięcy ogłoszenie z dnia 9.07.2020r. BZP nr 560024-N

Wpłynęły następujące pytania

Pytanie nr 1

1. Prosimy o wyłączenie z Kryterium wymaganego nr 1 próbówki do oznaczania OB z pozycji nr 3 Formularza asortymentowo – cenowego.

Probówka ta ze względu na swój kształt i przeznaczenie (jest wstawiana do aparatu lub statywu bez otwierania) nie posiada zamknięcia z gwintem, tylko wciskane.

Odpowiedź

Zamawiający wyłącza z kryterium wymaganego próbówki do oznaczania OB pozycja nr 3 – dopuszcza wciskane

Pytanie nr 2

Mając na względzie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności definicję zamówień publicznych zawartą w art. 2 pkt. 13 Ustawy, z której wynika, że umowa zawierana między zamawiającym a wykonawcą musi być odpłatna, jak i art. 32 ust. 1 i 2 Ustawy zabraniający zaniżania wartości zamówienia publicznego, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy zamieszczenie przez Zamawiającego wymogu Sprawdzianu Lab Quality dla próbek OB. 2 razy w ciągu trwania umowy na koszt Wykonawcy oznacza wymaganie przez Zamawiającego świadczenia przez wykonawcę tej części wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia usług bezpłatnie (w formie umowy darowizny), co nie jest w świetle przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych dopuszczalne ?. Czy też wykonawca ma prawo – zgodnie z ustawą - doliczyć koszty związane z nabyciem kontroli do ceny oferty?

Odpowiedź

Załącznik nr 1 Formularz asortymentowo - cenowy wraz z kryteriami wymaganymi jest jednocześnie opisem przedmiotu zamówienia, który odzwierciedla rzeczywiste potrzeby Zamawiającego, umożliwia Wykonawcy skalkulowanie ceny oferty z uwzględnieniem wymagań związanych z realizacją zamówienia tj. wykonanie obliczenia ceny oferty z uwzględnieniem wszystkich czynników mających wpływ na jej wysokość, w tym sprawdzian Lab Quality, szkolenie personelu.

W związku z tym Zamawiający wnioskuje o skalkulowanie ceny oferty z uwzględnieniem powyższych wyjaśnień.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno-Leczniczego
w Lublinie

lek. med. Anna Rutczyńska-Rumińska