



ROK ZAŁ. 1964

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY  
Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie  
20 - 701 Lublin, ul. Nałęczowska 27



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 9105030454

**SPZOZ**

KRS - 0000012209  
WOMP CPL - Dyrekcja  
20 - 701 Lublin  
ul. Nałęczowska 27  
NIP: 712-25-20-810  
REGON: 431190120

Dyrektor: (81) 525-87-62  
Dyrektor d/s med.: (81) 533-00-34  
w. 208

www.womp.lublin.pl  
e-mail: sekretariat@womp.lublin.pl

**WOMP CP-L - Filia nr 1**

20 - 701 Lublin  
ul. Nałęczowska 27  
Fax: (81) 525-87-62  
Centrala (81) 533-00-34 w. 204  
e-mail: filia1@womp.lublin.pl  
kierownikfilia1@womp.lublin.pl

**WOMP CPL - Filia nr 2**

20 - 418 Lublin  
ul. Nowy Świat 38  
Rejestracja: (81) 534-07-41  
e-mail: filia2@womp.lublin.pl  
kierownikfilia2@womp.lublin.pl

**Informacje o umowach:**

Dział Kontraktowania i Rozliczeń  
Świadczeń Zdrowotnych  
(81) 533-00-34 w. 309, 311, 320  
e-mail: kr@womp.lublin.pl

**ODDZIAŁY:**

**WOMP CPL O/ w Białej Podlaskiej**

21-500 Biała Podlaska  
ul. Okopowa 3  
tel.: (83) 342 06 84  
e-mail: bialap@womp.lublin.pl

**WOMP CPL O/ w Chełmie**

22-100 Chełm  
ul. Mickiewicza 37  
tel.: (82) 564 20 20  
e-mail: chełm@womp.lublin.pl

**WOMP CPL O/ w Zamościu**

22-400 Zamość  
ul. Zagłoby 8  
tel.: (84) 639 34 08  
e-mail: zamosc@womp.lublin.pl

WOMPCPL DE.STIII 26 / 9/18 Lublin 14.12.2018r.

**OGŁOSZENIE – odpowiedź na pytania**

Dotyczy postępowania WOMPCPL Dz. E III 26/9/2018

Zamawiający otrzymał następujące pytania :

1. Czy Zamawiający wymaga udziału w kontroli międzynarodowej osadu moczu w postaci sprawdzianu wirtualnego oceny zdjęć preparatów barwionych przyżyciowo .

Odpowiedź – Tak

2. W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego materiału kontrolnego oraz zbliżającym się końcem roku zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 28.12.2018r.

Odpowiedź - Nie

3. Czy Zamawiający wymaga , aby model aparatu pomocniczego był taki sam jak aparat znajdujący się w posiadaniu Zamawiającego , tak aby aparaty pracowały w tej samej konfiguracji informatycznej oraz na tym samym protokole transmisji

Odpowiedź – zgodnie z SIWZ

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy  
Centrum Profilaktyczno-Leczniczego  
w Lublinie

lek. med. Anna Rutczyńska-Rumińska