

Załącznik nr 2 Parametry graniczne dla pomocniczego aparatu testów paskowych do badania moczu:

L.P.	Parametr Wymagany	Tak/Nie	Opis
1	Paski przeznaczone do aparatu LabuReader będącego własnością Zamawiającego, kompatybilne do aparatu pomocniczego		
2	Analiza 11 parametrów: ciężar właściwy, krwinki białe, krwinki czerwone, bilirubina, urobilinogen, ciała ketonowe, nitraty, białko, kwas askorbinowy, glukoza, pH		
3	Wydajność aparatu – 500 testów na godzinę;		
4	Podajnik aparatu na min. 15 testów paskowych;		
5	Ekran – Panel dotykowy		
6	Automatyczne opróżnianie do jednorazowego pojemnika zużytych testów paskowych		
7	Aparat przystosowany do laboratoryjnego systemu informatycznego , koszt podłączenia do LSI posiadanego przez laboratorium - Centrum ponosi wykonawca		
8	Możliwość pełnej dezynfekcji urządzenia transportującego paski		
9	Możliwość ustawiania czułości parametrów mierzonych		
10	Wykonawca zapewni kontrolę jakości pracującą w interaktywnym systemie kontroli jakości, obejmującą dzienną wewnętrzną i między laboratoryjną kontrolę jakości w czasie trwania umowy		
11	Wykonawca zapewnia : instalację aparatu , szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem		

Niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty